EN

Declaration number	500 04-24
Name of the manufacturer	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Address of the manufacturer	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Address of authorised representative	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product / model	500 Series of TOC Analyzers
	TOC-500RL and TOC-500RLe Base Analyzer, with Standard IOS and Super IOS

2014/QI 14.147 /q-0.nw6421 TmRaonae(i)0..8 (n)r.2 1eniann

Document Name	**Issue**
EN 61010-1:2010 (Third Edition)	
EN 61000-3-2	

Signed for and on behalf of:

Name: Greg Boothe

Function: Director of Quality

Signature:

Place and Date: Veolia, Boulder CO
April, 16th 2024

Péter Maszlavér

Function: Senior Production Supervision Manager

Signature: 

DA

Erklæring nummer	500 04-24
Producentens navn	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Adresse på fabrikanten	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Adresse på bemyndigede repræsentant	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar.

Produktmodel/produkt	500 Series of TOC Analyzers
Erklæringens genstand	TOC-500RL and TOC-500RLe Base Analyzer, with Standard IOS and Super IOS

Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive

Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller til de andre tekniske specifikationer, som der erklæres overensstemmelse med:

Dokumentnavn	Udgave
EN 61010-1:2010 (Third Edition)	2010
EN 61326-1	2013
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Underskrevet for og på vegne af:

Navn: Greg Boothe

Stilling: Director of Quality

Underskrift:

Udstedelsessted og -dato: Veolia, Boulder CO
April, 16th 2024

Navn: Péter Maszlavér

Function: Senior Production Supervision Manager

Underskrift:

DE

Anschrift seines Bevollmächtigten

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der anderen technischen Spezifikationen, in Bezug auf die die Konformität erklärt wird:

Dokumentname	Ausgabetag
EN 61010-1:2010 (Third Edition)	2010
EN 61326-1	2013
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Unterzeichnet für und im Namen von:

Ort und Datum der Ausstellung: [illegible] April, 16th 2024

Name: Greg Boothe

Funktion: Director of Quality

Unterschrift:

Name: Péter Maszlavér

Funktion: Senior Production Supervision Manager

Unterschrift:

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This

ES

Número de declaración	500 04-24
Nombre del fabricante	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Dirección del fabricante	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Dirección de representante autorizado	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Modelo de producto	500 Series of TOC Analyzers
Objeto de la declaración	TOC-500RL and TOC-500RLe Base Analyzer, with Standard IOS and Super IOS

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive

Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, o referencias a las otras especificaciones técnicas respecto a las cuales se declara la conformidad:

Nombre del documento	

Número de declaración	500 04-24

Información adicional

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a)-I, the exemption is valid until February 24, 2027.

Deklaratsioon number 500 04-24

Lisateave

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a)-I, the exemption is valid until February 24, 2027.

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a)-I, the exemption is valid until February 24, 2027.

FR

Adresse de son mandataire	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Modèle de produit	500 Series of TOC Analyzers
Objet de la déclaration	TOC-500RL and TOC-500RLe Base Analyzer, with Standard IOS and Super IOS

LO ņ ęM

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

Nom du document	Edition
EN 61010-1:2010 (Third Edition)	2010
EN 61326-1	2013
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Signé par et au nom de:		**Date et lieu:**	Veolia, Boulder CO April, 16th 2024
Nom:	Greg Boothe	**Nom:**	Péter Maszlavér
Fonction:	Director of Quality	**Fonction:**	Senior Production Supervision Manager
Signature:		**Signature:**	

HR

Broj deklaracije	500 04-24
Naziv proizvođača	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Adresa proizvođača	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Adresa ovlaštenog predstavnika	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.

Uzorak proizvoda/proizvod	500 Series of TOC Analyzers
Predmet izjave	TOC-500RL and TOC-500RLe Base Analyzer, with Standard IOS and Super IOS

Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive

Pozivanja na relevantne primijenjene usklađene norme ili pozivanja na druge tehničke specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost:

Naziv dokumenta	Izdanje
EN 61010-1:2010 (Third Edition)	2010
EN 61326-1	2013
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Potpisano za i u ime:		**Mjesto i dan:**	Veolia, Boulder CO April, 16th 2024
Ime:	Greg Boothe	**Ime:**	Péter Maszlavér
Funkcija:	Director of Quality	**Funkcija:**	Senior Production Supervision Manager
Potpis:		**Potpis:**	

HU

A gyártó címe

6060 Spine Road
Boulder, CO 80301   U

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and

IT

Dichiarazione n	500 04-24
Nome del fabbricante	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Indirizzo del fabbricante	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Indirizzo del rappresentante autorizzato	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Modello di prodotto	500 Series of TOC Analyzers
Oggetto della dichiarazione	TOC-500RL and TOC-500RLe Base Analyzer, with Standard IOS and Super IOS

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

2014/35/EU Low Voltage Directive

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

Dichiarazione n 500 04-24

Informazioni supplementari:

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a)-I, the exemption is valid until February 24, 2027.

LT

Deklaracijos numeris	500 04-24
Gamintojo pavadinimas	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Gamintojo adresas	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA

Susijusių taikytų darniųjų standartų nuorodos arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuoroo

Ho a a o taaKo oo

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and

MT

Ś

PL

Numer deklaracji	500 04-24
Nazwa producenta	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Adres producenta	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Adres upoważnionego przedstawiciela	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Model produktu/produkt	500 Series of TOC Analyzers
Przedmiot deklaracji	TOC-500RL and TOC-500RLe Base Analyzer, with Standard IOS and Super IOST6gosPÐ"éÍ&ÆÖâpiÕ:gosPÐÐ&P:PÔwÓCàÎ7ptwiÕ:vPÐÆK9Ö&ÕÍ1 (duk-4.2 (tu/)-10DC ĝ8.rodu

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Numer deklaracji	500 04-24

Informacje dodatkowe

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a)-I, the exemption is valid until February 24, 2027.

Número da declaração	500 04-24

Informações complementares

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a)-I, the exemption is valid until February 24, 2027.

Ţ

RO

Numărul de declaraţie	500 04-24
Denumirea producătorului	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Adresa producătorului	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Adresa a reprezentantului autorizat	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Prezenta declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Modelul de produs	500 Series of TOC Analyzers
Obiectul declaraţiei	TOC-500RL and TOC-500RLe Base Analyzer, with Standard IOS and Super IOS

Obiectul declaraţiei descris mai sus este în conformitate cu legislaţia relevantă de armonizare a Uniunii:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive

Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificaţii tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:

Nume document	Ediţie
EN 61010-1:2010 (Third Edition)	2010
EN 61326-1	2013
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Semnat pentru şi în numele: **Locul şi data:**

Numele: Greg Boothe

Funcţia: Director of Quality

Semnătura:

Numele: Péter Maszlavér

Funcţia: Senior Production Supervision Manager

Semnătura:

Numărul de declarație 500 04-24

Informații suplimentare

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a)-I, the exemption is valid until February 24, 2027.

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a)-I, the exemption is valid until